

Avedro, Inc. KXL-System

Bedienungsanleitung

ML-00014

Revision K

Effective 18 Jun 2014

Copyright 2013

Alle Rechte vorbehalten

Gedruckt in den USA

Patente, Marken, Urheberrechte

Das KXL-System unterliegt eventuell einem oder mehreren bereits erteilten oder beantragten Patenten in den Vereinigten Staaten sowie weltweit.

„KXL“ und das Avedro-Logo sind registrierte Marken oder Marken von Avedro, Inc. Die gesamte Software und Dokumentation unterliegen den Urheberrechten von Avedro, Inc. Alle Rechte vorbehalten 2013.

Microsoft und Windows sind eingetragene Marken bzw. Marken der Microsoft Corporation. Alle anderen in diesem Handbuch enthaltenen Marken oder Dienstleistungsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

Weitere Informationen erhalten Sie: Bei Ihrem örtlichen, autorisierten Avedro-Händler



Avedro, Inc.
230 Third Avenue
Waltham, MA 02451

Autorisierter Vertreter

EMERGO EUROPE
Molenstraat 15
2513 BH, Den Haag
Niederlande
Tel.: +31.70.345.8570
Fax: +31.70.346.7299



Inhaltsverzeichnis

Kapitel:

1	Vorwort.....	1-1
1.1	Verwendungszweck dieses Handbuchs	1-1
1.2	Verwendungszweck / Indikationen.....	1-1
1.3	Haftungsausschluss bei Designänderung.....	1-1
1.4	Haftungsausschluss für Reproduktionen.....	1-1
1.5	Unterstützung des Bedieners.....	1-1
1.6	Kontraindikationen, Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen.....	1-2
	1.6.1 Kontraindikationen.....	1-2
	1.6.2 Warnungen	1-2
	1.6.3 Elektrische Sicherheitswarnungen	1-2
1.7	Patientensicherheit	1-3
1.8	Weitere Sicherheitshinweise.....	1-4
1.9	FCC-Konformitätshinweis.....	1-4
2	Einführung.....	2-1
2.1	Systemüberblick.....	2-1
	2.1.1 Hauptkomponenten	2-2
3	Betrieb des Systems.....	3-1
3.1	Aufladen des KXL-Akkus	3-1
3.2	Verwendung von Touchpad/Tastatur.....	3-1
3.3	UV-Energie (Dosis)	3-3
3.4	Vorbereitung des Systems.....	3-4
3.5	Wichtige Schritte vor Einschalten des Systems.....	3-4
3.6	Einschalten des Systems	3-4
3.7	Einstellen der Riboflavin-Induktionsdauer	3-5
3.8	Behandlungsmodus auswählen	3-6
	3.8.1 Kontinuierlicher UV-Behandlungsmodus.....	3-6
	3.8.2 Gepulste UV-Abgabe	3-8
3.9	Behandlung starten.....	3-11
	3.9.1 Einmal verwendbare Wegwerfartikel.....	3-12
	3.9.2 Mehrfach verwendbare Wegwerfartikel.....	3-12
	3.9.3 Von der RFID-Karte gesteuerte Grenzwerte.....	3-13
	3.9.4 Fernbedienung synchronisieren.....	3-14
3.10	Vorbereitung des Patienten	3-16
3.11	Einleitung der Behandlung	3-19
3.12	Überwachung der Behandlung.....	3-19
3.13	Stoppen einer Behandlung	3-20
3.14	Behandlung abgeschlossen	3-21
3.15	Anhalten oder Abbrechen einer Behandlung.....	3-22
3.16	Ausschalten des Systems	3-24

3.17	Verwendung des Menüs Geräteeinstellungen.....	3-25
	3.17.1 Erweiterte Einstellungen	3-26
	3.17.2 Systemsprache bearbeiten	3-27
	3.17.3 Fadenkreuzintensität bearbeiten.....	3-27
	3.17.4 Systemlautstärke bearbeiten.....	3-28
	3.17.5 Behandlungsdaten auf USB-Stick kopieren.....	3-28
	3.17.6 Bildschirm Standard-Behandlungsparameter bearbeiten.....	3-30
4	Wartung / Service	4-1
4.1	Installationsrichtlinien.....	4-1
4.2	Wartung durch den Kunden	4-1
4.3	Garantiehinweise.....	4-1
4.4	Informationen zum Servicevertrag	4-1
4.5	Wegwerfartikel pro Patient	4-1
4.6	Problembehandlung	4-2
4.7	Anweisungen zur Sterilisation oder Desinfektion	4-3
4.8	Reinigung des Systems	4-3
4.9	Reinigung der Blende	4-3
4.10	Anpassung des Schwenkarms.....	4-3
4.11	Durchführung der regelmäßigen Wartung	4-4
4.12	Das System bewegen	4-4
4.13	Das System lagern.....	4-4
4.14	Software	4-5
4.15	Risiken in Zusammenhang mit der Entsorgung von Abfallprodukten	4-5
4.16	Eine Sichtprüfung durchführen.....	4-5
5	Geräteklassifizierung.....	5-1
6	Symbolbibliothek	6-1
7	Spezifikationen	7-1

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 2-1. Darstellung des Systems im Überblick	2-2
Abbildung 2-2. Systemabbildungen mit Beschriftungen	2-3
Abbildung 2-3. Funkfernbedienung	2-3
Abbildung 2-4. KXL-Aufkleber	2-4
Abbildung 2-5. UV-Emissionsaufkleber	2-4
Abbildung 2-6. Laserklassifizierungsaufkleber	2-4
Abbildung 3-1. Netzschalter	3-4
Abbildung 3-2. Startbildschirm	3-5
Abbildung 3-3. Bildschirm Induktionsdauer	3-5
Abbildung 3-4. Bildschirm zur Auswahl des Behandlungsmodus Continuous	3-6
Abbildung 3-5. Bildschirm mit kontinuierlichen Behandlungsparametern	3-7
Abbildung 3-6. Bildschirm zur Bestätigung der kontinuierlichen Behandlungsparameter	3-7
Abbildung 3-7. Bildschirm zur Auswahl des Behandlungsmodus Pulsed	3-8
Abbildung 3-8. Bildschirm mit gepulsten Behandlungsparametern	3-9
Abbildung 3-9. Bildschirm zur Auswahl der UV-Impulszykluszeiten	3-9
Abbildung 3-10. Bildschirm zur Bestätigung der gepulsten Behandlungsparameter	3-10
Abbildung 3-11. Einlesen der Wegwerfartikel	3-11
Abbildung 3-12. Bildschirm zum Lesen des Transponders	3-12
Abbildung 3-13. Restliche Behandlungen	3-12
Abbildung 3-14. Letzte Behandlung	3-13
Abbildung 3-15. Keine weiteren Behandlungen übrig	3-13
Abbildung 3-16. Ungültige Behandlungsparameter	3-14
Abbildung 3-17. Status der Systemeinrichtung	3-14
Abbildung 3-18. Bildschirm Patienten vorbereiten	3-16
Abbildung 3-19. Ausrichtung der Fadenkreuze während der Induktion	3-17
Abbildung 3-20. Funktionen der Fernbedienung	3-17
Abbildung 3-21. Rotes Fadenkreuz der X- & Y-Achse, grüner Punkt zur Ausrichtung der Z-Achse	3-18
Abbildung 3-22. Rotes Fadenkreuz der X- & Y-Achse, rotes Fadenkreuz der Z-Achse	3-18
Abbildung 3-23. Induktion abgeschlossen	3-19
Abbildung 3-24. Behandlungsbildschirm	3-20
Abbildung 3-25. Bildschirm für angehaltene Behandlung	3-20
Abbildung 3-26. Bildschirm Behandlung abgeschlossen	3-21
Abbildung 3-27. Anfänglicher Bildschirm Abbruch der Sitzung bestätigen	3-22
Abbildung 3-28. Abbruch der teilweise durchgeführten Behandlung bestätigen	3-22
Abbildung 3-29. Informationen zur teilweise durchgeführten Behandlung	3-23
Abbildung 3-31. Position „Ausschalten“	3-25
Abbildung 3-32. KXL-Systemstecker	3-25
Abbildung 3-33. Menü Geräteeinstellungen	3-26
Abbildung 3-34. Bearbeiten der Systemsprache	3-27
Abbildung 3-35. Fadenkreuzintensität bearbeiten	3-27
Abbildung 3-36. Lautstärke bearbeiten	3-28
Abbildung 3-37. Geräteeinstellungen - Übertragung auf USB-Stick	3-29
Abbildung 3-38. Standard-Behandlungsmodus auswählen	3-30
Abbildung 3-39. Standard-Behandlungsparameter bearbeiten (Continuous & Pulsed)	3-30
Abbildung 3-40. Standard-UV-Impulsparameter bearbeiten (Nur gepulster Modus)	3-31
Abbildung 4-1. Fernbedienung hat Sync verloren	4-2

Abbildung 4-2 Verschieben von Systemkonfigurations 4-4

Diese Seite wurde absichtlich frei gelassen.

1 Vorwort

1.1 Verwendungszweck dieses Handbuchs

Dieses Handbuch dient dem Bediener des Avedro, Inc. KXL-Systems als Grundlage. Alle Bedienungsanweisungen, Produktabbildungen, Bildschirmgrafiken, Problembehandlungs-/ Fehlermeldungen und sonstige relevante Informationen sind in diesem Handbuch enthalten. Es obliegt der Verantwortung des Bedieners, dafür zu sorgen, dass alle Sicherheitsanweisungen dieses Handbuchs strikt eingehalten werden.

1.2 Verwendungszweck / Indikationen

Das KXL-System liefert eine gleichmäßige, gemessene Dosis an UVA-Licht zum vorgesehenen Behandlungsbereich, um die Hornhaut während einer Hornhautquervernetzung zur Stabilisierung der Hornhaut, die durch Krankheit oder refraktive Chirurgie geschwächt wurde, zu beleuchten.

1.3 Haftungsausschluss bei Designänderung

- Aufgrund von Designänderungen und Produktverbesserungen können die Informationen in diesem Handbuch ohne Vorankündigung geändert werden. Avedro, Inc. (im Folgenden „Avedro“ genannt) behält sich das Recht vor, das Produktdesign jederzeit ohne Ankündigung zu ändern, was sich in der Folge auf den Inhalt dieses Handbuchs auswirken kann.
- Avedro übernimmt keine Verantwortung für etwaige Fehler, die eventuell in diesem Handbuch auftauchen. Avedro trifft alle erforderlichen Vorkehrungen, um dafür zu sorgen, dass dieses Handbuch auf dem neuesten Stand ist und mit dem versandten KXL-System übereinstimmt.
- Die in diesem Handbuch abgebildeten Bildschirmanzeigen sind nur repräsentativ. Je nach Softwareversion des Systems, können geringfügige Unterschiede zwischen den tatsächlichen und den in diesem Handbuch abgebildeten Bildschirmanzeigen auftreten.
- Alle in diesem Dokument enthaltenen Patientendaten, einschließlich der Bildschirmgrafiken, sind fiktiv und nur repräsentativ. Die Vertraulichkeitsverpflichtung gegenüber unseren Patienten wurde weder mit noch ohne Genehmigung verletzt.

1.4 Haftungsausschluss für Reproduktionen

Weder dieses Handbuch noch ein Teil davon darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Avedro, Inc. reproduziert, fotokopiert oder auf irgendeine Weise elektronisch übermittelt werden.

1.5 Unterstützung des Bedieners

Sollten Sie irgendwelche Probleme bei der Bedienung Ihres KXL-Systems haben, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen, autorisierten Avedro-Vertreter.

1.6 Kontraindikationen, Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen

1.6.1 Kontraindikationen

In diesem Abschnitt werden Situationen beschrieben, in denen das Gerät nicht verwendet werden sollte, da die Risiken der Verwendung den möglichen Nutzen bei weitem übertreffen. Zu den Umständen, unter denen der Einsatz des Geräts kontraindiziert ist, gehören:

- Dicke der Hornhaut beträgt mit Epithel weniger als $< 375 \mu\text{m}$
- Vorherige Hornhautoperation
- Einschmelzung der Hornhaut
- Aphakie-Patienten
- Pseudophake Patienten, denen keine UV-undurchlässige Linse implantiert wurde
- Schwangere und stillende Frauen
- Kinder

1.6.2 Warnungen

Der Arzt sollte den möglichen Nutzen bei Patienten mit folgenden Beschwerden evaluieren:

- Herpes Simplex, Herpes Zoster Keratitis, rezidivierende Hornhauterosion, Hornhautdystrophie
- Epitheliale Heilungsstörungen

1.6.3 Elektrische Sicherheitswarnungen

Näheres zur Geräteklassifizierung finden Sie in Kapitel 5, Geräteklassifizierung



WARNUNG: Um Stromschläge zu verhindern, darf dieses Gerät nur an ein geerdetes Stromnetz angeschlossen werden.

Selbst wenn das Netzkabel entfernt wurde, besteht die Möglichkeit eines Stromschlags aufgrund der internen Stromversorgung durch den 12 V-Akku.

Das System ist für den Dauerbetrieb mithilfe des externen Steckers oder des internen Akkus vorgesehen.



WARNUNG: Dieses Gerät wird mit gefährlichen Spannungen betrieben, die Stromschläge, Verbrennungen oder den Tod verursachen können. Um das Risiko eines Stromschlags und einer unbeabsichtigten UVA-Exposition zu verringern, entfernen Sie keine festen Teile. Sorgen Sie dafür, dass alle Servicearbeiten am System, einschließlich des Akkus, die über die in diesem Handbuch beschriebenen hinausgehen, nur von qualifiziertem Avedro-Servicepersonal durchgeführt werden.



WARNUNG: Ziehen Sie den Netzstecker und schalten Sie das Gerät aus, bevor Service- oder Reinigungsarbeiten (Desinfektion) am Gerät durchgeführt werden.

Ziehen Sie nie am Kabel, um den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen. Ergreifen Sie den Netzstecker und ziehen Sie ihn aus der Steckdose.



WARNUNG: Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel beschädigt ist.



WARNUNG: Sorgen Sie dafür, dass das Netzkabel so positioniert ist, dass niemand darüber stolpert, draufsteigt, darüber rollt und dass es nicht gequetscht, geknickt, eingeklemmt oder versehentlich aus der Steckdose gezogen wird.



WARNUNG: Verwenden Sie das Instrument nicht in der Nähe von Wasser und achten Sie darauf, keine Flüssigkeiten darauf zu verschütten.



WARNUNG: Der USB-Anschluss kann nur verwendet werden, wenn sich das System nicht im Behandlungsmodus befindet - schließen Sie während der Behandlung kein USB-Gerät an.



WARNUNG: Betreiben Sie das KXL-System nicht in Gegenwart entflammbarer Stoffe oder Anästhetika.



WARNUNG: Schauen Sie nie direkt in den UV-Lichtstrahl. Richten Sie den Strahl nie direkt auf eine Person, außer für therapeutische Zwecke.



WARNUNG: Keine Änderung dieser Geräte ist erlaubt.



WARNUNG: Die Fernbedienung enthält Batterien; wenn das System für längere Zeit nicht verwendet wird, nehmen Sie die Batterien heraus.

1.7 Patientensicherheit

- Die Behandlung sollte in einer ruhigen und entspannten Atmosphäre erfolgen, damit der Patient nicht abgelenkt wird. Der Patient sollte auf einem Behandlungstisch oder -stuhl liegen. Der Kopf des Patienten sollte bequem auf einer Kopfstütze ruhen. Weder Behandlungstisch oder -stuhl noch das System dürfen während der Behandlung bewegt werden.



ACHTUNG: Das KXL-System ist ein medizinisches Gerät. Deshalb darf es nur in Gesundheitseinrichtungen oder medizinischen Bereichen unter Aufsicht von medizinisch geschultem Personal betrieben werden.

1.8 Weitere Sicherheitshinweise

- Die UV-Strahlung des KXL-Systems wird vom Hersteller kalibriert und muss jährlich geprüft werden. Jegliche Änderungen am externen Lichtstrahl des Systems mithilfe optischer Elemente sind strengstens untersagt.
- Kunststoffgegenstände wie Spekula oder Augenblenden können durch UV-Einwirkung beschädigt werden, was zu einer Produktbeeinträchtigung führen kann. Deshalb sollten nur von Avedro empfohlenes Zubehör oder chirurgische Instrumente aus Edelstahl verwendet werden.
- Glatte metallische Oberflächen können reflektieren, selbst wenn man versucht, sie abzudecken. Deshalb sollten nur Instrumente mit Laserklassifizierung verwendet werden.

1.9 FCC-Konformitätshinweis

Dieses Gerät wurde getestet und unterliegt den gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften für digitale Geräte der Klasse B festgelegten Beschränkungen. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie in Wohnbereichen einen ausreichenden Schutz vor schädlichen Störungen bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen und kann, falls es nicht in Übereinstimmung mit den Bedienungsanweisungen installiert und verwendet wird, Störungen im Funkverkehr verursachen. Es kann aber nicht garantiert werden, dass bei bestimmten Installationen nicht doch Störungen auftreten können. Sollte dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stören (Sie können dies überprüfen, indem Sie das Gerät aus- und wieder einschalten), so ist der Benutzer dazu angehalten, die Störungen durch eine der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Verändern Sie die Ausrichtung oder den Standort der Empfangsantenne.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an einen anderen Stromkreis als den Empfänger an.
- Wenden Sie sich für weitere Unterstützung an den Kundendienst von Avedro.

Ordnungsgemäß abgeschirmte und geerdete Kabel und Stecker müssen verwendet werden, um die FCC-Emissionsgrenzwerte einzuhalten. Entsprechende Kabel und Stecker sind bei Avedro erhältlich. Avedro übernimmt keine Verantwortung für Störungen im Rundfunk- und Fernsehempfang, die durch nicht genehmigte Änderungen an diesem Gerät verursacht werden. Nicht genehmigte Änderungen können dazu führen, dass die Betriebserlaubnis für das Gerät aufgehoben wird.

2 Einführung

2.1 Systemüberblick

Das KXL-System ist ein elektronisches medizinisches Gerät, das ultraviolettes Licht (mit einer Wellenlänge von 365 nm) in einem kreisförmigen Muster auf die Hornhaut abgibt, nachdem eine Riboflavin-Lösung aufgetragen wurde. Die Bestrahlung von Riboflavin erzeugt Singulett-Sauerstoff, der im Kollagen der Hornhaut intermolekulare Bindungen bildet, sodass es durch die Quervernetzung zu einer Verfestigung der Hornhaut kommt. Der UV-Fluss zur und die Bestrahlungszeit (d. h. Fluenz) der Hornhaut werden über ein integriertes Computersystem gesteuert.

Der UVA-Bestrahlungsmechanismus ist im *Optikkopf* untergebracht. Das LED ist vom Hersteller so voreingestellt, dass es eine UVA-Bestrahlung mit einer Wellenlänge von 365 nm und einer Intensität von 3 mW/cm² bis 45 mW/cm² abgibt. Eine feste Blende, die im Strahlenweg der UVA-Bestrahlung montiert ist, sorgt für einen einheitlichen kreisförmigen Bestrahlungsbereich in der Behandlungsregion mit einem Durchmesser von ca. 9 mm. Justierlaser werden verwendet, um dem Benutzer die Fokussierung des Strahls auf der Hornhaut des Patienten zu erleichtern. Die Feinausrichtung des UV-Strahls durch Beobachtung des Justierlasers wird über eine Funkfernbedienung und ein internes Antriebssystem gesteuert. Die Behandlungsstärke kann vom Benutzer in 1 mW/cm²-Schritten von 3 mW/cm² bis 45 mW/cm² eingestellt werden. Die Gesamtenergie kann in 0,1 Joule-Schritten auf der Benutzeroberfläche eingestellt werden, aber die tatsächlichen Grenzwerte werden von der RFID-Behandlungskarte gesteuert.

Das KXL ist ein tragbares System mit einem Schwenkarm, sodass das System zur Anpassung des UV-Strahls an die Hornhaut des Patienten bewegt werden kann. Das System wird mit einem Akku betrieben; der Akku wird von einem systeminternen Ladegerät über eine standardmäßige Steckdose aufgeladen. Die Behandlungsparameter (Riboflavin-Einwirkzeit, gesamte UV-Energie, UV-Leistung und UV-Impulszyklusdauer) werden über den Touchscreen der Benutzeroberfläche eingestellt.

Das KXL-System wird in Verbindung mit einer Riboflavin-Lösung und einer RFID-Karte verwendet.

2.1.1 Hauptkomponenten

Zu den Hauptkomponenten des KXL-Systems gehört Folgendes:

- **Optikkopf mit UV-Quelle**
- **KXL-Konsole mit Benutzeroberfläche**
- **Funkfernbedienung** (mit Batterien)
- **KXL-Behandlungsset zur beschleunigten Quervernetzung** (Einwegartikel werden separat geliefert)



Abbildung 2-1. Darstellung des Systems im Überblick




Abbildung 2-2. Systemabbildungen mit Beschriftungen



Abbildung 2-3. Funkfernbedienung




Abbildung 2-4. KXL-Aufkleber




Abbildung 2-5. UV-Emissionsaufkleber



Abbildung 2-6. Laserklassifizierungsaufkleber

3 Betrieb des Systems

3.1 Aufladen des KXL-Akkus

HINWEIS: Vor dem ersten Gebrauch muss der Akku des KXL über Nacht aufgeladen werden.



- Damit der Akku aufgeladen bleibt, empfehlen wir, das KXL am Ende jedes Arbeitstages oder wenn es nicht verwendet wird, an eine geerdete Steckdose anzustecken.
- Der Ladestatus des Akkus ist an der Farbe des Lichts, das sich auf der Säule des KXL befindet, zu erkennen.
 - Orange – niedrig, Akku aufladen
 - Gelb – Akku wird aufgeladen
 - Grün – Akku ist voll aufgeladen








HINWEIS: Wenn Sie den Eindruck haben, der Akku wird nicht aufgeladen oder behält seine Ladung nicht bei, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Avedro-Servicevertreter.

HINWEIS: Der KXL-Akku sollte im Normalbetrieb 16 Stunden reichen. Die Systemsoftware macht den Benutzer darauf aufmerksam, wenn der Akku aufgeladen werden muss. Das KXL-System lässt keine Behandlung zu, wenn die Akkuleistung für eine Behandlung nicht ausreicht. (Siehe Kapitel 4, Wartung, um weitere Informationen zur Behandlung von Akkuproblemen zu erhalten.)

3.2 Verwendung von Touchpad/Tastatur

In der Tabelle unten werden wichtige Touchpad-Tasten und Symbole für den Betrieb des KXL-Systems dargestellt und beschrieben. In Kapitel 2 werden die Hauptkomponenten des Systems dargestellt und beschrieben.

Touchpad-Taste	Symbol	Beschreibung/Funktion
Taste Power Off (Ausschalten) (Startbildschirm)		Schaltet die Stromzufuhr zum PC AUS.
Taste Start New Treatment (Neue Behandlung starten) (Startbildschirm)		Weist das System an, das komplette klinische Behandlungsprotokoll zu wiederholen, damit der Arzt den nächsten Patienten behandeln kann.

Touchpad-Taste	Symbol	Beschreibung/Funktion
Pfeil nach OBEN (verschiedene Bildschirme zum klinischen Protokoll)		Erhöht den Wert im aktuellen Feld.
Pfeil nach UNTEN (verschiedene Bildschirme zum klinischen Protokoll)		Verringert den Wert im aktuellen Feld.
X-Taste (verschiedene Bildschirme zur Geräteeinstellung)		Bricht alle Eingaben auf einem bestimmten Bildschirm ab und kehrt zum vorherigen Bildschirm zurück.
Häkchen-Taste (verschiedene Bildschirme zum klinischen Protokoll und für Geräteeinstellungen)		Weist das System an, die Eingaben auf dem aktuellen Bildschirm zu akzeptieren und mit dem nächsten Schritt fortzufahren.
Taste Cancel Session (Sitzung abbrechen) (verschiedene Bildschirme zum klinischen Protokoll)		Bricht eine Behandlungssitzung für einen bestimmten Patienten ab. Daraufhin werden Sie aufgefordert, Ihre Entscheidung zu bestätigen.
Taste Return to Treatment (Zurück zur Behandlung) (Bestätigungsbildschirm für Sitzung abbrechen)		Bricht den Befehl Sitzung abbrechen ab und kehrt zum Behandlungsbildschirm zurück.
Taste Return (Zurück) (verschiedene Bildschirme zur Geräteeinstellung)		Kehrt zum Menü Geräteeinstellungen zurück.



ACHTUNG: Das KXL-System darf nur von qualifiziertem und erfahrenem Personal betrieben werden.

3.3 UV-Energie (Dosis)

- Die UV-Energie (Dosis) ist das Produkt aus UV-Leistung (Intensität) und UV-Bestrahlungsdauer. UV-Energie und UV-Leistung können eingestellt werden und die daraus berechnete UV-Bestrahlungsdauer wird angezeigt.
- Das System verfolgt während der Behandlung die UV-Energie, die UV-Leistung, die UV-Bestrahlungsdauer und die gesamte Behandlungsdauer.
- Es stehen zwei UV-Behandlungsmodi zur Verfügung: Continuous (Kontinuierlich) und Pulsed (Gepulst).
- Kontinuierlicher Modus: Die UV-Abgabe ist während der UV-Behandlung konstant.

Parameter für den kontinuierlichen Modus:

Induktionsdauer:	1 Sekunde – 30 Minuten
*UV-Energie:	
UV-Leistung:	3 – 45 mW/cm ²

* Der Benutzer kann die UV-Energie in 0,1 Joule-Schritten einstellen.
Der Energiebereich wird von der RFID-Karte gesteuert.

- Gepulster Modus: Die UV-Abgabe wird in vom Benutzer eingestellten Intervallen ein- und ausgeschaltet.

Parameter für den gepulsten Modus:

Induktionsdauer:	1 Sekunde – 30 Minuten
*UV-Energie:	
UV-Leistung:	15 – 45 mW/cm ²
UV eingeschaltet:	1,0 – 4,0 Sekunden
UV ausgeschaltet:	1,0 – 4,0 Sekunden

* Der Benutzer kann die UV-Energie in 0,1 Joule-Schritten einstellen.
Der Energiebereich wird von der RFID-Karte gesteuert.

Rezepturinformationen finden Sie in der Riboflavin-Bedienungsanleitung.

3.4 Vorbereitung des Systems

- Positionieren Sie das KXL-System neben dem Behandlungstisch oder -stuhl. Fixieren Sie die Rollen, um für eine sichere Positionierung des Geräts zu sorgen.
- Vergewissern Sie sich, dass das System eingeschaltet ist.
- Prüfen Sie das Glasfenster der Strahlenblende auf Staub und Schmutz. Reinigungsanweisungen finden Sie in den Abschnitten 4.8 und 4.9.

3.5 Wichtige Schritte vor Einschalten des Systems

- Der Benutzer ist dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass das KXL-System ordnungsgemäß funktioniert und in gutem Zustand ist, bevor er mit einer Behandlung beginnt.
- Um sicherzustellen, dass das System ordnungsgemäß funktioniert, beachten Sie folgende obligatorische Punkte:
 - Überprüfen Sie das Gerät, Zubehör und Verbindungskabel auf sichtbare Beschädigung.
 - Beachten Sie die örtlichen Vorschriften für die Verwendung von tragbaren elektrooptischen medizinischen Geräten.

3.6 Einschalten des Systems

- Schalten Sie den Netzschalter auf der Vorderseite der KXL-Konsole EIN. Mit diesem Schalter werden alle Systemkomponenten eingeschaltet.



Abbildung 3-1. Netzschalter

- Das KXL-System wird hochgefahren, d. h., das Betriebssystem und alle Konfigurations- und Referenzdateien werden geladen.



Abbildung 3-2. Startbildschirm

- Um die Behandlung eines Patienten zu beginnen, drücken Sie die Taste Start New Treatment.
- Anweisungen zum Herunterfahren des Systems finden Sie in Abschnitt 3.15.

HINWEIS: Falls beim Start Fehler auftreten, notieren Sie sich etwaige Fehlermeldungen und kontaktieren Sie unverzüglich Ihren Händler oder Kundendienst.

3.7 Einstellen der Riboflavin-Induktionsdauer

- Geben Sie die gewünschte Riboflavin Induction Period (Riboflavin-Induktionsdauer) (1 Sek. – 30 Min.) an.
- Wenn Sie mit der Eingabe der Parameter fertig sind, drücken Sie die Häkchen-Taste.




Abbildung 3-3. Bildschirm Induktionsdauer

HINWEIS: Die benutzerspezifischen Felder werden automatisch mit Standardbehandlungsparametern ausgefüllt, können aber angepasst werden. Standardeinstellungen können geändert werden (siehe Abschnitt 3.16.5, Bildschirm Standardbehandlungsparameter bearbeiten).

3.8 Behandlungsmodus auswählen

Es stehen zwei UV-Behandlungsmodi zur Verfügung: Continuous (Kontinuierlich) und Pulsed (Gepulst).

- Continuous Modus: Die UV-Abgabe ist während der Dauer der UV-Behandlung konstant.
- Pulsed Modus: Die UV-Abgabe wird in vom Benutzer eingestellten Intervallen ein- und ausgeschaltet.

3.8.1 Kontinuierlicher UV-Behandlungsmodus

- Wählen Sie den Behandlungsmodus Continuous.
- Wenn Sie mit der Eingabe der Parameter fertig sind, drücken Sie die **Häkchen**-Taste.




Abbildung 3-4. Bildschirm zur Auswahl des Behandlungsmodus Continuous

- Geben Sie die gewünschten UV-Behandlungsparameter ein:
 - *Total Energy (Gesamtenergie)
 - UV Power (UV-Leistung) (3 – 45 mW/cm²)

HINWEIS: Die UV-Bestrahlungszeit wird im orangefarbenen Feld angezeigt.

* Der Benutzer kann die UV-Energie in 0,1 Joule-Schritten einstellen.
Der Energiebereich wird von der RFID-Karte gesteuert.

- Wenn Sie mit der Eingabe der Behandlungsparameter fertig sind, drücken Sie die **Häkchen**-Taste.




Abbildung 3-5. Bildschirm mit kontinuierlichen Behandlungsparametern

- Bestätigen Sie die angegebenen Behandlungsparameter, indem Sie das Häkchen drücken; wenn die Behandlungsparameter nicht stimmen, drücken Sie das X und geben Sie dann die gewünschten Behandlungsparameter erneut ein.




Abbildung 3-6. Bildschirm zur Bestätigung der kontinuierlichen Behandlungsparameter

3.8.2 Gepulste UV-Abgabe

- Wählen Sie den Behandlungsmodus Pulsed
- Wenn Sie mit der Eingabe der Parameter fertig sind, drücken Sie die **Häkchen**-Taste.



Abbildung 3-7. Bildschirm zur Auswahl des Behandlungsmodus Pulsed

- Geben Sie die gewünschten UV-Behandlungsparameter ein:
 - *Total Energy
 - UV Power (15 – 45 mW/cm²)
 - HINWEIS: Die UV-Bestrahlungszeit wird im orangefarbenen Feld angezeigt.
 - * Der Benutzer kann die UV-Energie in 0,1 Joule-Schritten einstellen.
Der Energiebereich wird von der RFID-Karte gesteuert.
- Wenn Sie mit der Eingabe der Behandlungsparameter fertig sind, drücken Sie die **Häkchen**-Taste.




Abbildung 3-8. Bildschirm mit gepulsten Behandlungsparametern

- Wählen Sie die gewünschte Dauer, während der die UV-Behandlung ON (EIN) und OFF (AUS) ist
- Wenn Sie mit der Eingabe der Behandlungsparameter fertig sind, drücken Sie die **Häkchen**-Taste.




Abbildung 3-9. Bildschirm zur Auswahl der UV-Impulszykluszeiten

- Bestätigen Sie die angegebenen Behandlungsparameter, indem Sie das Häkchen drücken; wenn die Behandlungsparameter nicht stimmen, drücken Sie das X und geben Sie dann die gewünschten Behandlungsparameter erneut ein.




Abbildung 3-10. Bildschirm zur Bestätigung der gepulsten Behandlungsparameter

3.9 Behandlung starten

- Legen Sie die Aktivierungskarte auf den RFID-Leser und halten Sie sie fest, bis das System einen Piepton von sich gibt.




Abbildung 3-11. Einlesen der Wegwerfartikel

3.9.1 Einmal verwendbare Wegwerfartikel




Abbildung 3-12. Bildschirm zum Lesen des Transponders

- Halten Sie die Karte fest, bis das Einlesen abgeschlossen ist, dann entsorgen Sie den Transponder oder die Aktivierungskarte.

3.9.2 Mehrfach verwendbare Wegwerfkartikel

- Sobald eine mehrfach verwendbare Aktivierungskarte gescannt wurde, zeigt das Display die Anzahl der restlichen Behandlungen auf der Karte an.




Abbildung 3-13. Restliche Behandlungen




Abbildung 3-14. Letzte Behandlung




Abbildung 3-15. Keine weiteren Behandlungen übrig

3.9.3 Von der RFID-Karte gesteuerte Grenzwerte

- Wenn der Benutzer zuvor einen UV-Energiebereich programmiert hat, der außerhalb der von der RFID-Karte gesteuerten zulässigen Werte liegt, wird folgende Meldung angezeigt.




Abbildung 3-16. Ungültige Behandlungsparameter

- Drücken Sie Back to Treatment Parameters (Zurück zu den Behandlungsparametern), um die richtigen Parameter einzugeben.

3.9.4 Fernbedienung synchronisieren





Abbildung 3-17. Status der Systemeinrichtung

- Drücken Sie die Taste „S“ auf der Fernbedienung, um die Fernbedienung innerhalb des 15-Sekundenfensters, das auf dem Bildschirm angezeigt wird, zu synchronisieren. Das ist für jedes Verfahren erforderlich.

Kontrollleuchtenstatus	Bedeutung
AN	Aktiv mit dem Gerät synchronisiert
Blinkt 10 Sekunden lang einmal pro Sekunde	Sync wird getrennt (nach dem Verfahren)
Blinkt konstant, zweimal pro Sekunde	Batterien sofort austauschen (2 AAA)

3.10 Vorbereitung des Patienten

- Sorgen Sie dafür, dass der Patient flach oder zurückgelehnt auf einem Behandlungstisch oder -stuhl liegt. Sein Kopf sollte auf einer Kopfstütze ruhen.
- Stellen Sie den Tisch oder Stuhl sowie die Kopfstütze so ein, dass sich der Patient während der Dauer der Behandlung in einer bequemen Lage befindet und den Kopf nicht bewegt.
- Bringen Sie unter Verwendung standardmäßiger klinischer Verfahren ein Lid-Spekulum und (optional) Abdecktücher an.
- Tragen Sie Riboflavin gemäß der Riboflavin-Bedienungsanleitung im Behandlungsbereich auf.



ACHTUNG: Riboflavin (Vitamin B2) ist nicht Teil des in diesem Handbuch beschriebenen KXL-Systems. Details zur Verwendung von Komponenten finden Sie in der Gebrauchsanleitung der Komponenten.




Abbildung 3-18. Bildschirm Patienten vorbereiten

HINWEIS: Sobald das Riboflavin auf das Auge aufgetragen ist, starten Sie die Induktion, indem Sie die Taste „Riboflavin Applied: Start Timer“ (Riboflavin aufgetragen: Timer starten) drücken.




Abbildung 3-19. Ausrichtung der Fadenkreuze während der Induktion

- Das KXL hat zwei Justierlaser.
 - Rotes Fadenkreuz für die Positionierung der X- und Y-Achse.
 - Grüner Punkt oder zweites rotes Fadenkreuz für die Positionierung der Z-Achse.
- **Hinweis:** Wenn Sie die Fernbedienung verwenden, sollte das Avedro-Logo auf dem Optikkopf zur korrekten Ausrichtung in Richtung Benutzer zeigen.
- Bewegen Sie den Optikkopf manuell nach vor und zurück sowie nach links und nach rechts, bis das rote Fadenkreuz der X- und Y-Achse in der Mitte der Pupille ausgerichtet ist.
- Bewegen Sie den Optikkopf manuell nach oben und nach unten, um den grünen Punkt der Z-Achse oder das zweite rote Fadenkreuz an der Mitte des ersten roten Fadenkreuzes auszurichten.
- Führen Sie bei Bedarf eine Feinabstimmung der Ausrichtung mithilfe der Funkfernbedienung durch.




Abbildung 3-20. Funktionen der Fernbedienung



Abbildung 3-21. Rotes Fadenkreuz der X- & Y-Achse, grüner Punkt zur Ausrichtung der Z-Achse




Abbildung 3-22. Rotes Fadenkreuz der X- & Y-Achse, rotes Fadenkreuz der Z-Achse

3.11 Einleitung der Behandlung

- Wenn die Induktionszeit vorbei ist, wird die Taste „Begin UV Treatment“ (UV-Behandlung beginnen) angezeigt. Drücken Sie die Taste „Begin UV Treatment“, um die Behandlung einzuleiten.




Abbildung 3-23. Induktion abgeschlossen



WARNUNG: Starten Sie die Behandlung erst, nachdem der Fotosensibilisator aufgetragen wurde.



ACHTUNG: UV-Licht wird abgegeben, wenn sich der Status des Avedro-Logos auf dem Optikkopf ändert.



WARNUNG: Vergewissern Sie sich, dass das KXL-System und der Behandlungstisch oder -stuhl fixiert sind und nach der Ausrichtung sowie während der Behandlung nicht bewegt werden.

3.12 Überwachung der Behandlung

- Prüfen Sie ständig, ob der Zielbereich auf der Hornhaut mit dem UVA-Licht beleuchtet wird und nehmen Sie bei Bedarf Anpassungen mithilfe der Funkfernbedienung vor.




Abbildung 3-24. Behandlungsbildschirm

HINWEIS: Wenn Sie den Behandlungsmodus Pulsed verwenden, ist während der Ausschaltzeiten kein UVA-Licht zu sehen. Die Benutzeroberfläche zeigt während dieser Zyklen nicht „UV is OFF“ (UV ist AUS) an.

- Der Patient sollte seinen Blick während der gesamten Behandlung auf das rote X- & Y-Fadenkreuz fixieren.
- Der Patient sollte sich während der Behandlung nicht bewegen.

3.13 Stoppen einer Behandlung

- Die Behandlung stoppt automatisch, nachdem der vom Benutzer programmierte Timer abläuft.
- Es kann aber sein, dass der Benutzer die Behandlung stoppen oder unterbrechen möchte. In diesem Fall kann das UV-Licht ausgeschaltet werden, indem man die Taste **Pause** drückt.




Abbildung 3-25. Bildschirm für angehaltene Behandlung

- Um die Behandlung abzubrechen oder fortzusetzen, drücken Sie die entsprechende Taste. Siehe Abschnitt 3.15, wenn Sie eine Sitzung abbrechen.

3.14 Behandlung abgeschlossen

- Nach Abschluss einer Behandlung werden die gesamten Behandlungsparameter angezeigt und auf dem Bildschirm wird Behandlung abgeschlossen angezeigt. Drücken Sie **Start New Treatment**, um die nächste Behandlung einzuleiten.




Abbildung 3-26. Bildschirm Behandlung abgeschlossen

- Um die Behandlung zu beenden und/oder eine neue Behandlung zu beginnen, drücken Sie **Start New Treatment**.
- Wenn die Behandlungen abgeschlossen sind, schalten Sie das System aus, indem Sie auf dem Hauptbildschirm die Taste „Power Off“ drücken.
- Entfernen Sie das Gerät aus dem Patientenbereich.
- Tragen Sie eine antibiotische Salbe auf die Hornhaut auf und decken Sie die Hornhaut dann mit einer Verbandskontaktlinse ab.
- Entfernen Sie das Spekulum.
- Verabreichen Sie postoperative Medikamente in ähnlicher Form wie nach einer photorefraktiven Keratektomie (PRK): Schmerzmittel, Steroide, Antibiotika.

3.15 Anhalten oder Abbrechen einer Behandlung

Wenn Sie eine Sitzung **abbrechen**, wird der Bildschirm **Confirm Cancel Session** (Abbruch der Sitzung bestätigen) angezeigt.




Abbildung 3-27. Anfänglicher Bildschirm Abbruch der Sitzung bestätigen

- Um die Sitzung abubrechen, drücken Sie **Cancel Session**.
- Wenn Sie eine Sitzung **anhalten**, wird der Bildschirm **Confirm Cancel Partial Treatment** (Abbruch der teilweise durchgeführten Behandlung bestätigen) angezeigt.




Abbildung 3-28. Abbruch der teilweise durchgeführten Behandlung bestätigen

- Um die Sitzung abubrechen, drücken Sie **Cancel Session**.

Der Bildschirm zeigt **Informationen zur teilweise durchgeführten Behandlung** an




Abbildung 3-29. Informationen zur teilweise durchgeführten Behandlung

3.16 Ausschalten des Systems

Wir empfehlen, das KXL-System an eine Steckdose anzustecken, wenn es nicht verwendet oder gelagert wird.

Damit der Akku aufgeladen bleibt, empfehlen wir, das KXL am Ende jedes Arbeitstages oder wenn es nicht verwendet wird, an eine geerdete Steckdose anzustecken.



Abbildung 3-30. Ausschalten

- Drücken Sie auf dem Touchscreen-Monitor „Power Off“.
- Warten Sie, bis die Software zum Herunterfahren - der Bildschirm wird leer.



Abbildung 3-31. Position „Ausschalten“

- Nach der Bildschirm leer und Software heruntergefahren wird, schalten Sie den Systemnetzschalter in die Position „Aus“.



Abbildung 3-32. KXL-Systemstecker

- Stecken Sie das KXL-System bis zum nächsten Gebrauch an einer Steckdose an.

3.17 Verwendung des Menüs Geräteeinstellungen

- Drücken Sie, während der Initialisierungsbildschirm (New Patient Start [Neuen Patienten starten]) angezeigt wird, KXL auf dem Touchscreen und halten Sie die Taste gedrückt.




Abbildung 3-33. Menü Geräteeinstellungen

3.17.1 Erweiterte Einstellungen

- Advanced Settings (Erweiterte Einstellungen) stehen nur Avedro- und Service-Personal mit einer KXL Advanced Settings-Zugriffskarte zur Verfügung. Wenn Sie diese Option wählen, werden Sie aufgefordert, eine Zugriffskarte zu scannen.

3.17.2 Systemsprache bearbeiten

- Mithilfe der Option System Language (Systemsprache) kann der Benutzer die Sprache für die grafische Benutzeroberfläche auswählen.
- Wählen Sie im Dropdownmenü die gewünschte Sprache.




Abbildung 3-34. Bearbeiten der Systemsprache

3.17.3 Fadenkreuzintensität bearbeiten

- Mithilfe der Option Alignment Crosshairs Intensity (Fadenkreuzintensität) kann der Benutzer die Helligkeit der Fadenkreuze bearbeiten.
- Wählen Sie im Menü Geräteeinstellungen die Taste **Edit Alignment Crosshairs Intensity** (Fadenkreuzintensität bearbeiten).




Abbildung 3-35. Fadenkreuzintensität bearbeiten

3.17.4 Systemlautstärke bearbeiten

- Mithilfe der Option Lautstärke bearbeiten kann ein Benutzer mit entsprechender Sicherheitsstufe den Pegel der Systemlautstärke bearbeiten.
- Wählen Sie im Menü Geräteeinstellungen die Taste **Edit Volume** (Lautstärke bearbeiten).




Abbildung 3-36. Lautstärke bearbeiten

3.17.5 Behandlungsdaten auf USB-Stick kopieren



WARNUNG: Der USB-Anschluss kann nur verwendet werden, wenn sich das System nicht im Behandlungsmodus befindet - schließen Sie während der Behandlung keine Geräte an den USB-Anschluss an.

- Wählen Sie im Menü Geräteeinstellungen die Taste **Copy Treatment Data to USB** (Behandlungsdaten auf USB-Stick kopieren).



Abbildung 3-37. Geräteeinstellungen - Übertragung auf USB-Stick

- Schließen Sie einen USB-Stick am USB-Anschluss an und drücken Sie dann die Taste **Copy treatment data to USB**. Das System überträgt die Behandlungsdaten und zeigt den Fortschritt anhand einer Statusanzeige, wie unten dargestellt, an.
- Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, drücken Sie die Taste **Return**. Das System kehrt zum Menü Geräteeinstellungen zurück.

3.17.6 Bildschirm Standard-Behandlungsparameter bearbeiten

- Mithilfe der Option Edit Default Treatment Parameters (Standard-Behandlungsparameter bearbeiten) kann der Benutzer die Standard-Behandlungsparameter, die beim Öffnen der Bildschirme Induktionszeit einstellen und UV-Parameter einstellen angezeigt werden, einstellen.




Abbildung 3-38. Standard-Behandlungsmodus auswählen

- Drücken Sie die **Häkchen**-Taste, um fortzufahren.





Abbildung 3-39. Standard-Behandlungsparameter bearbeiten
(Continuous & Pulsed)

- Wenn Sie mit der Eingabe der Behandlungsparameter fertig sind, drücken Sie die **Häkchen**-Taste.



**Abbildung 3-40. Standard-UV-Impulsparameter bearbeiten
(Nur gepulster Modus)**

- Wenn Sie mit der Eingabe der Behandlungsparameter fertig sind, drücken Sie die **Häkchen**-Taste.

Diese Seite wurde absichtlich frei gelassen.

4 Wartung / Service

Per definitionem bezieht sich „Wartung“ auf jene nichttechnischen Arbeiten, die ein Bediener durchführen muss, damit das System einwandfrei funktioniert. Im Gegensatz dazu bezieht sich der Begriff „Service“ auf solche Aufgaben, die nur von einem qualifizierten Servicevertreter durchzuführen sind.

4.1 Installationsrichtlinien

- Für jeden neuen KXL-System-Kunden bietet Ihr autorisierter Avedro-Händler eine vollständige Erstinstallation und einen Systemstart an. Nach der Erstinstallation und sobald das System einwandfrei funktioniert, bietet der Avedro-Vertreter eventuell dem vorgesehenen Bediener eine Grundlagenausbildung in der Bedienung des KXL-Systems an.
- Deshalb enthält dieses Handbuch keine spezifischen Anweisungen in Bezug auf die Installation und Einrichtung des Systems. Laut Ihrer Service-Vereinbarung sollte jegliche weitere Hardwareanpassung, die über den normalen Betrieb hinausgeht, von einem autorisierten Avedro-Händler oder unter dessen Anleitung durchgeführt werden.

4.2 Wartung durch den Kunden

- In Allgemeinen ist keine Wartung des KXL-Systems durch den Kunden erforderlich. Alle technischen Wartungs- oder Servicearbeiten werden im Rahmen eines Servicevertrags von einem qualifizierten Servicevertreter durchgeführt. Sollten bei Ihrem System Probleme auftreten, lesen Sie im Abschnitt Problembehandlung weiter unten nach oder rufen Sie Ihren örtlichen Avedro-Vertreter an.

4.3 Garantiehinweise

- Eine Garantie wird getrennt mit den Informationen zum Kauf geliefert.

4.4 Informationen zum Servicevertrag

- Für alle KXL-Systeme ist ein Servicevertrag erhältlich. Der Vertrag bietet regelmäßige Wartungsarbeiten und Upgrades vor Ort. Er deckt auch eventuell notwendige, nicht geplante Service-Besuche ab.

4.5 Wegwerfartikel pro Patient

- Wegwerfartikel pro Patient können bei Avedro oder ihrem autorisierten Avedro-Händler bestellt werden. **Verwenden Sie für Ihr KXL-System nur Avedro-Produkte oder von Avedro genehmigte Produkte.** Avedro haftet nicht für Schäden oder Fehlfunktionen des Systems, die laut Erachten Avedros durch die Verwendung nicht genehmigter Materialien verursacht wurden.

4.6 Problembehandlung

- Das KXL-System führt beim Start automatisch eine Statusprüfung durch. Wenn der Status nicht stimmt, verhindert die Software, dass der Bediener Behandlungen einleitet, wenn sich das System im normalen Betriebszustand befindet.

Funkfernbedienung

- Das KXL-System verwendet eine Fernbedienung mit austauschbaren Batterien. Wenn die Batterien schwach sind, verliert das System seine Verbindung zur Fernbedienung und weist den Benutzer darauf hin, dass eine Neusynchronisierung erforderlich ist. Gleichzeitig verhindert es, dass der Benutzer ein Verfahren einleitet. Wenn die Fernbedienung während einer Behandlung ihre Synchronisierung verliert, wird der Benutzer aufgefordert zu entscheiden, ob die Behandlung ohne Fernbedienung fortgesetzt werden soll.




Abbildung 4-1. Fernbedienung hat Sync verloren

- Wenn das Licht auf der Fernbedienung zweimal pro Sekunde blinkt, müssen die Batterien der Fernbedienung ausgetauscht werden. Wenn das Licht auf der Fernbedienung einmal pro Sekunde blinkt, ist sie nicht synchronisiert.
- Wenn die Fernbedienung durch Drücken der Taste „Sync“ nicht neu synchronisiert wird, tauschen Sie die Batterien aus.
- Wenn das System nach Austausch der Batterien keine Synchronisierung zulässt, wenden Sie sich an Ihren örtlichen Avedro-Servicevertreter.

Interner Akku

- Das KXL-System wird mit einem Akku geliefert; wenn sich das System nicht einschalten lässt, vergewissern Sie sich, dass der Akku aufgeladen ist, indem Sie es an eine Steckdose anstecken und die Ladeanzeige auf der Säule des Systems prüfen. Wenn das Licht orange oder gelb leuchtet, wird das System aufgeladen; wenn es grün leuchtet, ist der Akku komplett aufgeladen.
 - Wenn die Anzeige grün oder gelb leuchtet, und das System sich noch immer nicht einschalten lässt, wenden Sie sich an Ihren örtlichen Avedro-Servicevertreter.

- Wenn die Anzeige orange leuchtet, warten Sie, bis sie gelb oder grün wird, bevor Sie versuchen, das System einzuschalten. Wenn es sich noch immer nicht einschalten lässt, oder die Anzeige innerhalb von 8 Stunden gelb oder grün wird, wenden Sie sich an Ihren örtlichen Avedro-Servicevertreter.

4.7 Anweisungen zur Sterilisation oder Desinfektion

- Das KXL-System enthält keine Komponenten, die vom Bediener zu sterilisieren sind. Wir empfehlen NUR eine äußerliche Reinigung und Desinfektion. Verwenden Sie zur Desinfektion nur Isopropylalkoholsprays oder -lösungen. Verwenden Sie nur kleine Flüssigkeitsmengen und weiche, faserfreie Tücher.

4.8 Reinigung des Systems

- Verwenden Sie ein weiches, feuchtes Tuch, um das System zu reinigen.
- Das Äußere des KXL-Systems kann mit einem fusselfreien Tuch gereinigt werden, das Sie mit verdünntem Bleichmittel, Seifenwasser oder Isopropylalkohol befeuchtet haben.
- 70 %iger Alkohol oder 10 %ige Chlorbleiche können bei Bedarf ebenfalls verwendet werden.
- Tauchen Sie System NICHT in Flüssigkeit ein und schütten Sie keine Flüssigkeit auf das System.



ACHTUNG: Ziehen Sie vor jeder Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose und schalten Sie den Netzschalter aus.



ACHTUNG: Aggressive Reinigungsmittel, vor allem solche, die Scheuermittel oder aggressive Lösungsmittel enthalten, können die Oberflächen der Komponenten beschädigen.

- Das Glasfenster der Strahlenblende darf unter keinen Umständen mit einer der oben erwähnten Substanzen in Kontakt kommen.
- Achten Sie beim Reinigen der Geräteoberflächen darauf, dass keine Reinigungsmittel in das Gerät eindringen, da das Gerät dadurch beschädigt werden könnte.

4.9 Reinigung der Blende

- Prüfen Sie vor der Behandlung routinemäßig die Strahlenblende.
- Verwenden Sie spezielle Linsenreinigungstücher oder Druckluft, um Staub und Partikel von der Glasoberfläche der Blende zu entfernen.

4.10 Anpassung des Schwenkarms

Wenn der Schwenkarm den Optikkopf nicht in einer fixen vertikalen Position hält, wenden Sie sich an Ihren örtlichen Avedro-Servicevertreter.

4.11 Durchführung der regelmäßigen Wartung

Intervall	Spezifische Aufgabe
Jährlich	Kalibrierung durch geschultes Avedro-Personal.

4.12 Das System bewegen

- Das KXL-System ist dafür vorgesehen, innerhalb einer Büroumgebung bewegt zu werden. Sollte es aus irgendeinem Grund notwendig sein, das KXL-System zu transportieren oder zu versenden, wenden Sie sich an Ihren örtlichen Avedro-Vertreter. Verpackung und Transport des Systems sollten nur von geschultem und autorisiertem Avedro-Personal durchgeführt werden.
- Vor dem Verschieben des KXL-System von einem Raum zum anderen, sollte der Monitor seitlich verschoben werden, und die Optik Kopf sollte mit dem Ellenbogen an der Rückseite hervor der Nähe des Wagengriff positioniert werden. Das System kann dann leicht durch die Wagengriff durch den Türrahmen geschoben werden.




Abbildung 4-2 Verschieben von Systemkonfigurations

4.13 Das System lagern

- Halten Sie alle in Kapitel 7.0 angegebenen Spezifikationen für Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit ein.
- Schließen Sie alle Blenden am System, um zu verhindern, dass Staub und Feuchtigkeit eindringen. Diese Maßnahme ist zwingend vorgeschrieben.
- Schalten Sie alle Komponenten und die Stromversorgung AUS. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Nehmen Sie die Batterien aus der Funkfernbedienung.

- Bedecken Sie das Touchscreen LCD-Display und die Tastatur mit ihrer Originalabdeckung oder Verpackung, um sie vor Beschädigung zu schützen.
- Zerlegen Sie keinen Teil des Systems, da dies Ausrichtungsfehler oder Schäden verursachen könnte.
- Wenn Systeme werden nicht verwendet für mehr als 6 Monate verlassen hat, shoulds das Batteriesystem berechnet. Siehe Abschnitt 3.1 für Ladeanweisungen.

4.14 Software

- Sollte die Software irgendwann beschädigt sein und nicht mehr richtig funktionieren, rufen Sie Ihren örtlichen Avedro-Servicevertreter an. Software-Updates werden nur von Avedro-Servicevertretern durchgeführt.

4.15 Risiken in Zusammenhang mit der Entsorgung von Abfallprodukten

- Befolgen Sie bei der Entsorgung von Abfallprodukten alle anwendbaren örtlichen Bestimmungen.

4.16 Eine Sichtprüfung durchführen

- Prüfen Sie routinemäßig alle Gerätekomponenten vor jeder Behandlung auf Schäden oder Fehlfunktion.
- Verwenden Sie kein beschädigtes oder fehlerhaftes Gerät. Durch die Verwendung solcher Geräte kann der Benutzer und/oder Patient verletzt werden.

5 Geräteklassifizierung

Gemäß Norm EN60601-1 für medizinische elektrische Geräte

- Schutz gegen Stromschlag
 - Klasse 1 (externe elektrische Stromversorgung)
 - Intern betriebenes Gerät (Batteriebetrieb)
- Schutzgrad gegen Stromschlag
 - Nicht klassifiziert, Gerät nicht mit Anwendungsteil ausgestattet
- Schutzgrad gegen Eindringen von Wasser
 - Konventionelle Geräte IP20 (Kein Schutz gegen Eindringen von Wasser)
- Sterilisations- oder Desinfektionsmethode
 - Desinfizierbares Gerät
- Schutzgrad für Verwendung in Gegenwart entflammbarer Stoffe oder Anästhetika
 - Kein Schutz
- Betriebsbedingungen
 - Dauerbetrieb

Gemäß FCC Teil 15, EN55011 und EN60601-1-2

- Klasse B

Gemäß EN60825-1 Sicherheit von Lasereinrichtungen

- Justierlaser sind Laserprodukte der Klasse 1

Gemäß EN62471 Photobiologische Sicherheit von Lampen und Lampensystemen












- UVA-LED gehört zur Risikogruppe 1







Gemäß Anhang II.3 der Richtlinie 93/42/EWG

- Klasse IIa

Diese Seite wurde absichtlich frei gelassen.

6 Symbolbibliothek

Textform	Symbolabbildung	Definition
1. „Kein AP“-Symbol in Gegenwart entflammbarer Anästhetika		Gefahr, Explosionsgefahr. Nicht verwenden
2. AC-Symbol		Wechselstrom
3. „I“ in einem Buch		Achtung: BEGLEITDOKUMENTE beachten
4. Massezeichen in einem Kreis		Erdung (Masse)
5. Netzschalter		EIN
6. Netzschalter		AUS
7. Sicherungs-Symbol		Sicherung
8. CE-Kennzeichnung		Zertifizierungszeichen
9. Hersteller		Name und Adresse des Herstellers
10. ! in einem Dreieck		Symbol in der Bedienungsanleitung, das zur Vorsicht mahnt
11. Nettogewicht (in kg) Bruttogewicht (in kg)	NW GW	Gewicht
12. Schirm mit Regentropfen		Vor Nässe schützen: Vor Feuchtigkeit geschützt lagern (Symbol mit oder ohne Regentropfen)

Textform	Symbolabbildung	Definition
13. Weinglas mit einem Sprung		Inhalt ist zerbrechlich, vorsichtig behandeln
14. Zwei Aufwärtspfeile		Pfeile auf dem Karton müssen immer nach oben zeigen
15. Prozentzeichen über Welle mit Grenzen		Grenzwerte für Luftfeuchtigkeit (Prozentsätze unterhalb des Symbols geben die zulässigen Grenzwerte für die Luftfeuchtigkeit an)
16. Grenzwerte für Temperatur		Grenzwerte für Temperatur beim Versand
17. Druckgrenzen		Atmosphärendruckgrenzen (Lagerung / Betrieb)
18. Signal emittiert		HF-Gerät übertragen durch

7 Spezifikationen

Spezifikation	Beschreibung
Elektrik	Akkubetrieben: 12V 35 Ah SLA Netzspannung 100 – 240 Volt AC, $\pm 10\%$ Stromstärke 2 A – 1 A Einphasig Effektivwert, 50/60 Hz, $\pm 5\%$ Fernbedienung 2x AAA-Batterien
Für den Benutzer zugängliche Sicherungen	250 V~ T2AH
Energieabgabe	UV-Strahlung 3 – 45 mW/cm ² 365 nm
Externe Schnittstellen	USB 2.0
Abmessungen	Nicht größer als 60 x 60 x 150 cm ³ (Länge x Breite x Höhe)
Gewicht (verpacktes System)	NW 45 Kg GW 120 Kg
Nutzungsdauer des Akkus (normale Betriebsbedingungen)	16 Stunden
Umgebungsbedingungen für den Betrieb	Das System kann unter folgenden Umgebungsbedingungen betrieben werden (keine Kondensation).
Umgebungstemperatur	+10 bis +40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	30 % bis 75 %
Luftdruck	700 bis 1060 mbar
Transport- und Lagerbedingungen	Das Instrument hält folgenden Transport- und Lagerbedingungen ohne Schaden oder Leistungsverlechterung stand.
Umgebungstemperatur	-15 bis +70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	10 % bis 100 %, einschließlich Kondensation
Luftdruck	500 bis 1060 mbar